

**SZPITAL SOLEC Sp. z o.o.**  
**00-382 WARSZAWA, UL.SOLEC 93**

[www.cmsolec.pl](http://www.cmsolec.pl)

e-mail: [zp@cmsolec.pl](mailto:zp@cmsolec.pl)

**DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH TEL./FAX (22) 696 20 04**

kapitał zakładowy 22 313 000,00 zł (wpłacony w całości)

**NIP: 525-24-91-419**

**REGON: 14268955**

**Nr sprawy DZP/56/2013**

Warszawa, 04-09-2013 r.

**O D P O W I E D Ź**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że do postępowania prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na: „**Dostawę preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Solec Sp. z o. o.**” wpłynęły zapytania. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na zadane pytania:

**Pytanie 1**

*Dotyczy: Zadania nr 2, poz. 9*

Prosimy o potwierdzenie, że preparat ma być przebadany zgodnie z normami fazy 2 etapu 2.

**Odp. Zamawiający dopuszcza preparat przebadany zgodnie z normami fazy 2 etapu 1.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy) w Zadaniu nr 2, poz. 9 wystąpił błąd pisarski. Zamawiający zamieszcza sprostowanie w powyższym zakresie.

**Jest:**

Preparat płynny, gotowy do użycia. Do dezynfekcji wyrobów medycznych nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur: endoskopów, wideoendoskopów oraz sprzętu okulistycznego. Nie powodujący matowienia optyki. Zawierający kwas nadoctowy, substancje powierzchniowo czynne oraz inhibitory korozji. Spektrum działania: B (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aureginosa, Enterococcus hirae), Tbc (M. terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno), S w czasie do 5 minut. Bez aldehydów, czwartorzędowych związków amoniowych, chloru, fenolu. Możliwość stosowania preparatu przez okres 7 dni lub 50 cykli. Możliwość sprawdzenia aktywności za pomocą pasków testowych dołączonych do opakowania środka dezynfekcyjnego. (ilość pasków testowych – 365 szt na okres trwania umowy. **Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 9.** Wyrób medyczny kl. IIb.

**Winno być:**

Preparat płynny, gotowy do użycia. Do dezynfekcji wyrobów medycznych nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur: endoskopów, wideoendoskopów oraz sprzętu okulistycznego. Nie powodujący matowienia optyki. Zawierający kwas nadoctowy, substancje powierzchniowo czynne oraz inhibitory korozji. Spektrum działania: B (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aureginosa, Enterococcus hirae), Tbc (M. terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno), S w czasie do 5 minut. Bez aldehydów, czwartorzędowych związków amoniowych, chloru, fenolu. Możliwość stosowania preparatu przez okres 7 dni lub 50 cykli. Możliwość sprawdzenia aktywności za pomocą pasków testowych dołączonych do opakowania środka dezynfekcyjnego. (ilość pasków testowych – 365 szt na okres trwania umowy. **Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 8.** Wyrób medyczny kl. IIb.

Zatwierdzam  
**Zarząd Szpitala Solec Sp. z o. o. /-/**

DZP/56/2013 – Odpowiedzi na pytania + sprostowanie

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy Pzp. Zamawiający żąda potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę niniejszej informacji niezwłocznie drogą faksową po jej otrzymaniu na nr /22/ 696-20-04, ewentualnie na adres e-mail: [zp@cmsolec.pl](mailto:zp@cmsolec.pl).

**Potwierdzenie odbioru przez Wykonawcę**

ilość czytanych stron ..... dnia ..... podpis i pieczęć .....