

NIP: 525-24-91-419

REGON: 14268955

Nr sprawy DZP/59/2013

Warszawa, 30-09-2013 r.

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że do postępowania prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na: „**Dostawę jednorazowej odzieży oraz bielizny medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o. o.**” wpłynęły zapytania. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1

Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 1

Czy nie zaszła oczywista pomyłka ze strony Zamawiającego przy podawaniu oczekiwanej gramatury fartucha .

Włóknina SMS jest włókniną trzywarstwową i gramatura takich fartuchów to minimum 35 g/m²
Włóknina propylenowa o gramaturze 14 g/m² jest wykorzystywana między innymi do produkcji czepków typu beret.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego fartucha oczekuje.

Odp. Zamawiający dopuszcza gramaturę 35 g/m².

Pytanie 2

Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 2

a) Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartucha chirurgicznego sterylnego, pełno barierowego.

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch sterylny i niesterylny. Zamawiający dopuszcza fartuch pełno barierowy.

b) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMS o gramaturze 43g/m²?

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 3

Dotyczy: Zadania nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/ m² i wymiarach:

powłóczka na poduszkę 70X80 cm

powłoka na koidrę 210X150 cm

prześcieradło 200x150 cm

Odp. Tak.

Pytanie 4

Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej gramatury podkładów oczekuje: cieńszych 28 g /m² czy grubszych 40 g/m²

Odp. Zamawiający dopuszcza każdą grubość.

Pytanie 5

Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu jednorazowego o wymiarach 100/160cm . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

Pytanie 6

Dotyczy: Zadania nr 13, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych z włókniny SMS, o gramaturze minimum 35 g/m², w kolorze granatowym, w rozmiarze od S do XL (ze względu na ustandaryzowaną rozmiarówkę europejską).

Odp. Tak.

Pytanie 7

Dotyczy: Zadania nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 pieluchomajtek w rozmiarze XS obwód 49-74 cm, w rozmiarze M obwód 73-122 cm i rozmiarze L obwód 92-144 cm, z uwagi na fakt iż nie ma na rynku pieluchomajtek o obwodzie pasa w rozmiarach podanych przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie 38.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej podane rozmiary.

Zatwierdzam
Zarząd Szpitala Solec Sp. z o. o.

DZP/59/2013 – Odpowiedzi na pytania 2

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy Pzp. Zamawiający żąda potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę niniejszej informacji niezwłocznie drogą faksową po jej otrzymaniu na nr /22/ 696-20-04, ewentualnie na adres e-mail: zp@cmsolec.pl.

Potwierdzenie odbioru przez Wykonawcę

ilość czytelnych stron dnia podpis i pieczęć